

| Resultados del estudio                                                                 |                                                   |                                                          |                                                    |                                                       |                          |                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número de pacientes portadores de cable auricular con arritmias auriculares detectadas | Pacientes con algún ingreso por ICC (posimplante) | Pacientes con algún ingreso por embolismos (posimplante) | Pacientes anticoagulados en el momento del estudio | Diagnóstico posimplante                               | Falsa detección de TA/FA | Diagnóstico de programación inadecuada | Infradetección TA/FA |
| 23 (22,7% total de pacientes monitorizados)                                            | 9 (39%)                                           | 2 (8,7%)                                                 | 14 (60,1%)                                         | 20 (87%) (19,8% del total de pacientes monitorizados) | 2 (8,7%)                 | 1 (4,35%)                              | 2 (8,7%)             |

TA: taquicardia auricular; FA: fibrilación auricular.

**Conclusiones:** Los sistemas de monitorización remota podrían ser de utilidad a la hora de realizar un diagnóstico precoz de TA/FA así como de detectar la presencia de paso espontáneo a ritmo sinusal pudiendo ser de ayuda en la optimización de la programación del dispositivo.