

Homoinjerto	32,4 ± 15	64%	28%	42 ± 9,8	25,7 ± 0,9	27,4 ± 10	34 ± 19,4	48 ± 7,3	7%
Prótesis	37,2 ± 10	67%	40%	44 ± 8,4	27,9 ± 1,3	15 ± 8,3	13,01 ± 5,7	49 ± 6,9	6.6%
p	0,3	0,48	0,2	0,6	< 0,01	0,02	< 0,01	0.4	0,4

Conclusiones: A pesar de ser pocos casos, en nuestra serie, las bioprótesis en posición pulmonar tienen un mejor perfil hemodinámico a corto y medio plazo que los homoinjertos, expresado en un menor gradiente transvalvular. No se evidencia una diferencia en la FEVD entre ambos grupos.