



Revista Española de Cardiología



6034-424. VALORACIÓN ANGIOGRÁFICA DE LA INSUFICIENCIA AÓRTICA POSIMPLANTE DE TAVI. ¿EXISTE CORRELACIÓN CON LA ECOCARDIOGRAFÍA?


Vicente Alcalde Martínez, Joaquín Sánchez Gila, Miriam Jiménez Fernández, Juan Caballero Borrego, Gerardo Moreno Terribas, José A. Ramírez Hernández y Eduardo Molina Navarro del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Resumen

Introducción y objetivos: La insuficiencia aórtica posimplante de TAVI es un factor clave en la evolución y el pronóstico de los pacientes que se someten a ésta técnica. Su detección precoz en sala de hemodinámica con información fiable puede ser determinante para el cambio de actitud antes de finalizar el procedimiento.

Métodos: Se han incluido 169 pacientes consecutivos a los que se implantó TAVI Corevalve Evolut R y se realizó aortografía de control posimplante y control ecocardiográfico previa al alta hospitalaria. La insuficiencia aórtica se graduó con ambos métodos como ninguna, ligera, moderada y grave. El análisis estadístico se realizó mediante correlación de Pearson.

Resultados: No se encontró insuficiencia aórtica en la angiografía en el 31,5% de los pacientes ni en el 24,9% en la ecocardiografía. El grado ligero fue diagnosticado en el 80% de los pacientes gracias a la aortografía y en el 74% gracias a la ecocardiografía. En cuanto al grado moderado fue diagnosticado en el 17,9% con aortografía frente al 24,9% con ecocardiografía. Finalmente se encontró una insuficiencia aórtica grave en el 3% de los pacientes mediante aortografía y en el 2,4% mediante ecocardiografía. El coeficiente de correlación de Pearson fue de $R = 0,63$ con $p = 0,0005$, lo que significa que existe una buena correlación entre ambos métodos de medida.



Correlación IAo ecocardiografía frente a angiografía.

IAo post-TAVI angiografía frente a ecocardiografía

Insuficiencia aórtica post-TAVI	Ninguna	Ligera	Moderada	Grave
Angiografía	31,40%	47,30%	17,80%	3%

Ecocardiografía	24,90%	43,80%	24,90%	2,40%
-----------------	--------	--------	--------	-------

Conclusiones: A pesar del pequeño número de muestra, en nuestra serie existe una buena correlación entre la información obtenida en la aortografía y la ecocardiografía. Por tanto, con la información obtenida mediante el control angiográfico se podría cambiar la estrategia de posdilatación en sala de Hemodinámica con el objetivo de conseguir una disminución de la insuficiencia aórtica.