



6033-5. VIABILIDAD DEL ALINEAMIENTO COMISURAL Y CORONARIO PRECISO CON PRÓTESIS AÓRTICA TRANSCATÉTER BALÓN-EXPANDIBLE

Sandra Santos-Martínez¹, Alfredo Redondo Diéguez², Esther González Bartol¹, Alejandro Barrero-Mier¹, José Raúl Delgado Arana¹, Juan Pablo Sánchez Luna¹, Ana Revilla¹, Carlos Baladrón Zorita¹, Hipólito Gutiérrez¹, Ana M. Serrador Frutos¹, Manuel Carrasco-Moraleja¹, José Alberto San Román Calvar¹ y Ignacio J. Amat-Santos¹


¹Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y ²Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, (A Coruña).

Resumen

Introducción y objetivos: El objetivo fue describir la viabilidad y los resultados preliminares del alineamiento comisural (CA) para la prótesis biológica transcáteter (TAVR) expandible con balón Myval (Meril Life Sciences).

Métodos: Se analizó la relación entre las comisuras nativas y las neocomisuras de las TAVR en 10 pacientes consecutivos, con estenosis grave de la válvula aórtica tricúspide sometidos a implante de TAVR orientada, en base al análisis de tomografía computarizada con un *software* de desarrollo propio. El CA se predijo mediante biomodelado *in silico* en los 10 casos y la rotación calculada se aplicó durante el prensado. Los grados de CA y superposición coronaria (CO) se midieron a través de una tomografía computarizada de seguimiento al mes del implante. También se analizaron las alteraciones de la conducción, los gradientes residuales transvalvulares y la tasa de fuga paravalvular (PVL).

Resultados: El resultado final se categorizó según la evidencia disponible hasta el momento como: alineado (0-15°), desalineamiento comisural (CMA) leve (15-30°), CMA moderado (30-45°) y CMA grave (45-60°). Además, se definió como solapamiento coronario (CO) significativo un ángulo igual o inferior a 20° desde el poste comisural hasta los ostium coronarios. En nuestro trabajo, la desalineación comisural media fue de $16,72 \pm 8^\circ$. Cuatro casos presentaron desalineación leve, pero en toda la muestra no se objetivaron casos de desalineación moderada o grave. El modelo *in silico* predijo con precisión la posición *in vivo* final con un coeficiente de correlación de 0,983 (IC95%: 0,966-0,992), $p < 0,001$. Se observaron 3 casos de CO grave en relación con el ostium coronario derecho, probablemente debido a la excentricidad del mismo, y en ningún caso hubo CO con el origen del tronco coronario. El gradiente transaórtico medio tras el implante valvular fue de $6,1 \pm 3,3$ mmHg y no hubo ningún caso con PVL moderado-grave.



Conclusiones: La rotación específica del paciente durante el engaste de la válvula basada en la tomografía computarizada previa al procedimiento es factible con el dispositivo Myval y se asocia con la ausencia de CMA moderada o grave y la falta de CO respecto al tronco coronario izquierdo.